



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE SALUD

DECRETO ALCALDICIO No. 1189
LITUECHE, 21 de septiembre de 2020

CONSIDERANDO:

- la necesidad de adquirir Kit de Instrumental Rotatorio para realizar las atenciones dentales correspondientes según los Programas Odontológicos en Convenio con el Servicio de Salud O'Higgins.
- Que según Norma General Técnica N° 199 sobre esterilización y desinfección de alto nivel y uso de artículos médicos estériles en establecimientos de atención en Salud, que clasifica el instrumental rotatorio como material crítico por lo que necesita esterilización por cada paciente.
- La necesidad de Kit de instrumental Rotatorio esterilizado para cada paciente, considerando el número de pacientes que se atienden por día de acuerdo a los lineamientos emitidos desde el Ministerio de Salud.
- El Decreto N° 436 de fecha 18 de marzo de 2020, donde se Decreta Emergencia Comunal.
- El decreto n° 1082, de fecha 24 de agosto de 2020 que llama a licitación pública.
- La licitación ID 580075-10-LE20 mercado público.
- El Acta de apertura que se adjunta.
- Las ofertas presentadas por los diferentes proveedores.

VISTOS:

Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio n° 1399 de fecha 14 de noviembre de 2018 que fija subrogancia al cargo de Secretaria Municipal. El Decreto Alcaldicio No. 1.550, de fecha 06 de diciembre del 2016. El Decreto Alcaldicio n° 597 de fecha de 09 de mayo de 2018 que delega la facultad de firmar a la Administradora Municipal bajo la fórmula "por orden del Alcalde" y sus posteriores Decretos Modificatorios. Lo dispuesto en la Ley. No. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y, las demás facultades que me confiere la Ley citada últimamente. Las normas consagradas en el estatuto de Atención Primaria, le y N° 19.378.

DECRETO:

Adjúquese la licitación ID 580075-10-LE20 que tiene relación con la compra de Kit de Instrumental Rotatorio para realizar las atenciones dentales correspondientes, según los Programas Odontológicos en Convenio con el Servicio de Salud O'Higgins.

Proveedor Adjudicado;

R.U.T.	RAZON SOCIAL	MEDICAMENTO	MONTO S/I	MONTO S/I.
76.166.183-3	EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES	KIT DE INSTRUMENTAL ROTATORIO	\$ 365.000	\$ 10.950.000
TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 13.030.500

TOTAL IVA INCLUIDO \$ 13.030.500

2.-Gírese orden de compra al proveedor adjudicado

3.-Impútese el gasto al Presupuesto Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica y Programa Odontológico Integral año 2020, según la distribución establecida en las Bases y CDP.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
"Por orden del sr. Alcalde"

ALEJANDRO CACERES REYES
Secretario Municipal (S)

CSM/ACR/RPV/GRV/vmy
Distribución
DSM
Archivo Partes

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
Administradora Municipal



Litueche

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección de Salud

**ACTA DE APERTURA COMPRA DE KIT DE INSTRUMENTAL ROTATORIO ODONTOLÓGICO ID
580075-10-LE20**

En la Comuna de Litueche, 14 de septiembre del 2020 10:57 AM, se inicia el acto de apertura de las propuestas para compra de kit de instrumental rotatorio odontológico para la ejecución de los Programas Odontológicos 2020 según las normas del Minsal, en presente en el acto los integrantes de la comisión.

1. KIT DE INSTRUMENTAL ROTATORIO

PROVEEDOR	PRECIO (40%)	PLAZO ENTREGA (20%)	GARANTIA (20%)	CALIDAD (20%)	TOTAL
EKSA	40%	20%	20%	20%	100%
EXPRO DENTAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
TURBINAS CHILE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
BIOTECH 1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
BIOTECH 2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MEDICALTEK	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MURUA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
GEMCO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CARPEDENT	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
TELCOM	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
IMP. ZAVALA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DENTAL LAVAL 1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DENTAL LAVAL 2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MARCO ANTONIO	FUERA	DE	PRESUPUESTO		
C. ILHABELLA	FUERA	DE	PRESUPUESTO		
MAYORDENT	FUERA	DE	PRESUPUESTO		
TREMA	FUERA	DE	PRESUPUESTO		

**SE ADJUDICA AL OFERENTE EKSA CON UN PUNTAJE DE UN 100%
OBSERVACIONES:**


1. EXPRO DENTAL:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO ESPECIFICA SI LOS RODAMIENTOS DE TURBINA SON DE CERAMICA.
2. TURBINAS CHILE:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO ESPECIFICA SI TURBINA Y PIEZA DE MANO TIENEN SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO.
3. BIOTECH 1:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO DETALLA SI SUS KIT SON AUTOCLAVABLES Y SI SU PIEZA DE MANO TIENE SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO.




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección de Salud

Litueche

4. BIOTECH 2:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICA: NO DETALLA SI SUS KIT SON AUTOCLAVABLES, SOLO LA TURBINA. TAMPOCO DETALLA SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO.
5. MEDICALTEK:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO DETALLA SI TIENE SISTEMA PUSH BUTTON.
6. MURUA:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO DESCRIBE RODAMIENTOS DE CERAMICA Y SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO.
7. GEMCO:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO ESPECIFICA SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO.
8. CARPEDENT:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO DESCRIBE RODAMIENTOS CERAMICOS DE TURBINA, SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO, ADEMAS QUE EL INSTRUMENTAL SEA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
9. TELCOM:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO DESCRIBE RODAMIENTOS CERAMICOS DE TURBINA, SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO, ADEMAS QUE TODO EL KIT DE INSTRUMENTAL SEA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
10. IMP. ZAVALA:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO DESCRIBE SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO, ADEMAS QUE TODO EL KIT DE INSTRUMENTAL SEA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
11. DENTAL LAVAL 1:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO DESCRIBE RODAMIENTOS CERAMICOS (DESCRIBE DE ACERO) NI SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO.
12. DENTAL LAVAL 2:
NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: NO DESCRIBE SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO.
13. MARCO ANTONIO, C. ILHABELLA, MAYORDENT Y TREMA: SUS OFERTAS ESTAN FUERA DEL PRESUPUESTO (EXCEDEN LOS 13.500.000 IVA INCLUIDO)


CAMILA VEGA GONZALEZ
ODONTOLOGA DISAM




YANINA MADARIAGA
DIDECA


ANDREA LISBOA LISBOA
ADMINISTRATIVA DISAM

Litueche, septiembre 2020